



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Coordenação de Saúde Bucal



Mem.º Nº 05/2018/COSAB

Marituba, 10 Janeiro de 2018

À V.Sª.


**Helen Lucy M. Guimarães**  
Secretária Municipal de Saúde

Prezada Senhora,

Estamos enviando a Locação e o Quantitativo de Equipamentos Odontológicos para a contratação de empresa para realização de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas, Laboratório Regional de Prótese Dentária e consultório odontológico da Unidade de Pronto Atendimento para o período de 01 (um) ano visando a manutenção contínua e preventiva dos equipamentos e garantia da continuidade do cuidado e atenção integral aos indivíduos e suas famílias de acordo com as portarias nº 204 GM/MS, de 31/01/2007, port. nº 1.645/GM/MS de 01/10/2015 e port. nº 1.599/GM/MS de 02/10/2015.

Anexo segue relação dos equipamentos odontológicos.


Atenciosamente,

  
**Mirian Faria Larrat**  
Coordenação de Saúde Bucal

  
**Nasaré Medeiros**  
Gerencia da Atenção Básica

  
**Érika Souza**  
Gerencia da Atenção Especializada

  
**Mercês Sovano**  
Diretoria de Atenção à Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL  
 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

ITEM	EQUIPAMENTOS	UNIÃO	BELA VISTA	CELINA	S. FRAN	S. JOÃO	JOSÉ C. SERRÃO	H. GABRIEL	URIBOCA	N. MART.	R. DOCE	CEO	LRPD	ADALÚCIO	BETÂNIA	GILSON R GONÇ	DA PAZ	S. CLARA	UPA	U. MÓVEL	SANTA LUCIA	U. PORTÁTIL	TOTAL
1	Compressor Odontológico	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21
2	Amalgamador Capsulado 110 volts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Autoclave de 21 Litros, com câmara de esterilização em	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	21
4	Micromotor odontológico	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
5	Contra ângulo	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
6	Mocho Odontológico com 5 rodízios duplosmovimentos com	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
7	Negatoscópio Odontológico de mesa 110 volts	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	11
9	Destilador de água com sistema digital 5 litros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Forno para PPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Forno elétrico para prótese 110 volts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Tratador para p. crust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Vibrador de gesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Caneta de alta rotação	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
15	Aparelho de Raio X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	Equipo odontológico completo	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
17	Cortador de gesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	Peça reta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19	Motor de chicote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
20	Fotopolimerizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21

Handwritten signatures and initials.

Coordenadora Geral de Marituba  
 VISTO  
 Analista